



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

příspěvková organizace

Šrobárova 48
Praha 10
100 42

AVENIRO s.r.o.
B. Egermanna 471
473 01 Nový Bor

VÁŠ DOPIS ZN.: 4.11.2009
ZE DNE: č.j. 3975/09
NAŠE ZN.: **CLČ 551-3975/09-72, EX 091424**
VYŘIZUJE: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.
TEL./FAX: 2 67 08 24 39
E-MAIL: jirova@szu.cz
DATUM: 15.12.2009

ODBORNÝ POSUDEK k provedené zkoušce stanovení kožní dráždivosti na člověku u výrobků Skleněný pilník na kůži – čirý, barvený.

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:

K Vaší žádosti ze dne 4.11.2009 o provedení zkoušky stanovení kožní dráždivosti na člověku u výrobků skleněné pilníky na kůži, Vám sdělujeme:

PŘEDLOŽENÉ VZORKY:

VZ 3/09/72A: Skleněný pilník na kůži - čirý
VZ 3/09/72B: Skleněný pilník na kůži – barvený (barva červená)

Výrobce:

AVENIRO s.r.o.
B. Egermanna 471, 473 01 Nový Bor – ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE:

Bezpečnostní list barvy Coating Hydro 85-XXXX.
Posudek č.j. ZŽP 13-1276/03-067-068 ze dne 6.8.2003.

PROVEDENÁ ZKOUŠKA:

Zkouška stanovení kožní dráždivosti na člověku byla provedena dle SOP č. 2/3 Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu (ČSN EN ISO 10993-10: Část 10, články 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, Příloha A, B.1, B.2, B.3, C, ZB).

Předložené vzorky byly spotřebovány na uvedené vyšetření.


ODBORNÉ POSOUZENÍ:

Zkouška byla provedena ve Zkušební laboratoři č. 1206, akreditované ČIA, Centrum laboratorních činností.

ZÁVĚR:

Za podmínek testu není zkoušený materiál VZ 3/09/72A významné kožní dráždidlo.
Za podmínek testu není zkoušený materiál VZ 3/09/72B významné kožní dráždidlo.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum laboratorních činností
v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Šrobárova 48
100 42 Praha 10


MUDr. Dagmar Jírová, CSc.
vedoucí Centra laboratorních činností
v ochraně a podpoře veřejného zdraví